

Sodi Scientifica s.r.l.
Via Poliziano, 20
50041 - Calenzano (FI)
Tel.: +39 055886861
Mail: info@sodi.com

Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 290
Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

AutoveloX 105 SE_10-02-21_952386

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity

- riferimento normativo
referring standard

DM 282 del 13 giugno 2017
Circolare Accredia 04/2019/DT

- tipo di verifica e limiti
verification type and limits

Verifica periodica

L_S L_{R1} L_{R2} L_{Sm} L_{R1m} L_{R2m}
4,00 0,960 1,040 1,50 0,985 1,015

- Risultati della verifica ed incertezza di misura
Verification results and expanded uncertainty

V_{REF} [km/h]	$S (V_{UUT} - V_{REF})$						U (inc. estesa)		$R (V_{UUT}/V_{REF})$			Verif. singola misura	Verif. media misure
	medio	max.	min.	medio	max.	min.			medio	max.	min.		
30	-0,02 km/h	0,00 km/h	-1,00 km/h	0,32 km/h	-	-	0,32 km/h	-	-	-	-	conforme	conforme
50	-0,04 km/h	0,00 km/h	-1,00 km/h	0,32 km/h	-	-	0,32 km/h	-	-	-	-	conforme	
70	-0,06 km/h	0,00 km/h	-1,00 km/h	0,34 km/h	-	-	0,34 km/h	-	-	-	-	conforme	
90	-0,02 km/h	0,00 km/h	-1,00 km/h	0,43 km/h	-	-	0,43 km/h	-	-	-	-	conforme	
110	0,07 %	0,91 %	0,00 %	0,48 %	1,001	1,009	0,48 %	1,001	1,009	1,000	1,000	conforme	conforme
130	0,17 %	0,77 %	-0,77 %	0,49 %	1,002	1,008	0,49 %	1,002	1,008	0,992	0,992	conforme	
150	0,56 %	0,67 %	0,00 %	0,48 %	1,006	1,007	0,48 %	1,006	1,007	1,000	1,000	conforme	
160	0,58 %	0,63 %	-0,62 %	0,48 %	1,006	1,006	0,48 %	1,006	1,006	0,994	0,994	conforme	

Il dispositivo in taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risulta
conforme ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

Responsabile di Laboratorio
(Approving Officer)

Fabio Settecase

